



REMOVE BATTERIES FROM EQUIPMENT WHEN IT IS NOT EXPECTED TO USE FOR A LONG TIME (OVER 10 DAYS). THIS PRECAUTION AVOIDS MD60LOG DAMAGES CAUSED BY ACID LEAKS



RIMUOVERE LE BATTERIE DALLO STRUMENTO SE NON SI PREVEDE DI UTILIZZARLO PER UN TEMPO SUPERIORE AI 10 GIORNI. QUESTA PRECAUZIONE EVITA LA POSSIBILE FUORIUSCITA DELL'ACIDO DAGLI ACCUMULATORI ED IL DANNEGGIAMENTO DELL'MD60LOG